

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br**RELATÓRIO DE ENSAIO: 43796/2014-1.0**

| DADOS REFERENTES AO CLIENTE | |
|-----------------------------|--|
| Empresa Solicitante: | Caf Química Ltda |
| Endereço: | Estrada Mal Miguel Salazar M de Moraes, 38 |
| Bairro: | 22.770-331 |
| Cidade: | Rio de Janeiro |
| UF: | Rio de Janeiro |
| CEP: | 22.770-331 |
| Nome do Solicitante: | Eric Gama |
| Dados para contato: | 21 3342-8048 ericgama@cafquimica.com.br |
| Processo Comercial: | 500/2014-23 |

| IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Referência Hidroquímica: | 274238 |
| Referência do cliente: | Água Mineral / BEBEDOURO - PONTO 03 |
| Dados Adicionais: | AFQ 008/14 |

| DADOS REFERENTES À AMOSTRA | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| Data de Coleta: | 10/12/2014 13:30:00 | Data de Recebimento: | 11/12/2014 |
| Temperatura de recebimento (°C) | 4,0 | Tipo de Coleta | Simplex |
| Coletor | Cliente | Tipo de Amostra | Água |
| Informações Relevantes | --- | Observações | As análises foram realizadas no laboratório Hidroquímica |

| RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA |
|--|
| Legislação ou Norma: RDC N°275, de 22 de setembro de 2005. |

| BACTERIOLÓGICO | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|----|------------------------|
| Início dos Ensaio: 11/12/2014 | | | | |
| Parâmetros | Unidade | Resultados | LQ | RDC N°275/05 da ANVISA |
| Enterococcus | NMP/100 mL | Presença | 1 | <1,0 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | UFC/100 mL | <1 | 1 | <1,0 |

| REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS |
|---------------------------|
|---------------------------|

Enterococcus faecalis: Tubos Múltiplos: SMWW 9230 B*Pseudomonas aeruginosa*: SMEWW 9213 E



OBSERVAÇÕES GERAIS

- Os resultados referem-se somente à amostra analisada.
- Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração e com a aprovação por escrito da Oceanus - Hidroquímica.
- As amostras são coletadas e preservadas seguindo as normas padronizadas SMEWW 22nd e USEPA.
- * Serviço Terceirizado no Laboratório Oceanus.
- Abreviações:

Ausência = Menor Que o Limite de Quantificação

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

ND = Não Detectável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PCB = Polychlorinated Biphenyls

SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 22nd Edition - 2012

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons.

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

De acordo com a RDC N.º 275, de 22 de setembro de 2005, que estabelece limites para água mineral natural e água natural.: O(s) parâmetro(s) não satisfazem os limites permitidos.

RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Simony Dias

Relatório revisado por: Hamilton Barbosa, Bruna Neves

Responsável técnico:

Dr Ronaldo Leão
Responsável Técnico
CRBio-02339/85.

Data de emissão do laudo: Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2014



LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Nº da Amostra: 43796/2014-1.0

| | |
|---------------------------------|---|
| Cliente: Caf Química Ltda | |
| Data de recebimento: 11/12/2014 | |
| Código: 274238 | Identificação da Amostra: Água Mineral / BEBEDOURO - PONTO 03 |

| | |
|--|-----|
| Amostra acondicionada adequadamente? | Sim |
| Caixa ou embalagem das amostras está fechada e não apresenta sinais de violação? | Sim |
| Os frascos ou embalagens contendo diretamente as amostras estão íntegros? | Sim |
| Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras? | Sim |
| A cadeia de custódia coincide com a proposta comercial? | Sim |
| Termômetro utilizado | --- |
| Amostra está dentro da validade para todos os parâmetros? | Sim |
| Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises? | Sim |
| Os frascos eram apropriados para o tipo de análise? | Sim |

| |
|---|
| As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____ |
|---|

| |
|--------------|
| Comentários: |
|--------------|

| |
|---|
| Responsável pelo recebimento: Deise de Oliveira |
|---|