

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br**RELATÓRIO DE ENSAIO: 60233/2015-1.0**

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	Investgeo Tecnologia e Soluções Ambientais
Endereço:	Rua Baronesa, 705
Bairro:	Praça Seca
Cidade:	Rio de Janeiro
UF:	Rio de Janeiro
CEP:	21.321-000
Nome do Solicitante:	Robson Ventura
Dados para contato:	21 99722-4767 robson.ventura@investgeoambiental.com.br
Processo Comercial:	1287/2014-17

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	
Referência Hidroquímica:	360617
Referência do cliente:	Posto Iate Comércio de Serviços Ltda - PM 02
Dados Adicionais:	---

DADOS REFERENTES À AMOSTRA			
Data de Coleta:	19/11/2015 10:40:00	Data de Recebimento:	19/11/2015
Temperatura de recebimento (°C)	4	Tipo de Amostra	Água
Coletor	Cliente	Tipo de Coleta	Simplex
Informações Relevantes	---	Observações	As análises foram realizadas no laboratório Hidroquímica

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA
Legislação ou Norma: Sem Comparativo

ORGÂNICOS - VOLÁTEIS

Início dos Ensaios: 19/11/2015

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	Sem Comparativo
Benzeno	µg/L	< 1	1,00	---
Etilbenzeno	µg/L	< 1	1,00	---
Tolueno	µg/L	< 1	1,00	---
Xilenos	µg/L	< 1	1,00	---

ORGÂNICOS - SEMI VOLÁTEIS

Início dos Ensaios: 19/11/2015

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	Sem Comparativo
Acenafteno	µg/L	0,029	0,018	---
Acenaftileno	µg/L	0,052	0,018	---
Antraceno	µg/L	< 0,018	0,018	---
Benzo(a)antraceno	µg/L	0,207	0,018	---
Benzo(a)pireno	µg/L	2,307	0,018	---
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1,301	0,018	---
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	1,475	0,018	---
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	< 0,018	0,018	---
Criseno	µg/L	0,308	0,018	---
Dibenzo(a,h)antraceno	µg/L	0,506	0,018	---
Fenantreno	µg/L	0,025	0,018	---
Fluoranteno	µg/L	1,068	0,018	---
Fluoreno	µg/L	0,064	0,018	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1,932	0,018	---
Naftaleno	µg/L	2,433	0,018	---
Pireno	µg/L	1,449	0,018	---

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br

ORGANICOS - TPH				
Início dos Ensaio: 19/11/2015				
Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	Sem Comparativo
TPH Total (C8 - C40)	ug/L	703,27	120	---

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO DA AMOSTRA

Recuperação PAH				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
p-Terfenila-d14 (Surrogate)	%	75	---	---

Recuperação BTEX				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
p-Bromofluorbenzeno (Surrogate)	%	96	---	---
Tolueno-d8 (Surrogate)	%	---	---	---

Recuperação TPH Total (C8 - C40)				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
5-alfa-androstano (Surrogate)	%	---	---	---
o-Terfenil (Surrogate)	%	86	---	---

Branco BTEX			
Parâmetro	Unidade	Resultados	ID da corrida analítica
Benzeno	µg/L	N.D.	11373/2015
Etilbenzeno	µg/L	N.D.	11373/2015
p-Bromofluorbenzeno (Surrogate)	%	97	11373/2015
Tolueno	µg/L	N.D.	11373/2015
Tolueno-d8 (Surrogate)	%	---	11373/2015
Xilenos	µg/L	N.D.	11373/2015

LCS Voláteis				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Benzeno	%	95,00	70 - 130	11373/2015
Etilbenzeno.	%	91,00	70 - 130	11373/2015
m,p-Xileno	%	92,00	70 - 130	11373/2015
o-Xileno	%	99,00	70 - 130	11373/2015
p-Bromofluorbenzeno (Surrogate do LCS)	%	93,00	70 - 130	11373/2015
Tolueno	%	98,00	70 - 130	11373/2015
Tolueno-d8 (Surrogate do LCS)	%	---	70 - 130	11373/2015

Branco PAH			
Parâmetro	Unidade	Resultados	ID da corrida analítica
Acenafteno	µg/L	N.D.	11448/2015
Acenaftileno	µg/L	N.D.	11448/2015



Parâmetro	Unidade	Resultados	ID da corrida analítica
Antraceno	µg/L	N.D.	11448/2015
Benzo(a)antraceno	µg/L	N.D.	11448/2015
Benzo(a)pireno	µg/L	N.D.	11448/2015
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	N.D.	11448/2015
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	N.D.	11448/2015
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	N.D.	11448/2015
Criseno	µg/L	N.D.	11448/2015
Dibenzo(a,h)antraceno	µg/L	N.D.	11448/2015
Fenantreno	µg/L	N.D.	11448/2015
Fluoranteno	µg/L	N.D.	11448/2015
Fluoreno	µg/L	N.D.	11448/2015
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	N.D.	11448/2015
Naftaleno	µg/L	N.D.	11448/2015
Pireno	µg/L	N.D.	11448/2015
p-Terfenila-d14 (Surrogate)	%	98	11448/2015

LCS PAH

Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Acenafteno	%	94	70 - 130	11448/2015
Acenaftileno	%	105	70 - 130	11448/2015
Antraceno	%	98	70 - 130	11448/2015
Benzo(k)fluoranteno	%	103	70 - 130	11448/2015
Fenantreno	%	110	70 - 130	11448/2015
Fluoreno	%	115	70 - 130	11448/2015
Naftaleno	%	88	70 - 130	11448/2015
Pireno	%	97	70 - 130	11448/2015
p-Terfenila-d14 (Surrogate do LCS)	%	86	70 - 130	11448/2015

Branco TPH

Parâmetro	Unidade	Resultados	ID da corrida analítica
o-Terfenil (Surrogate)	%	91	11434/2015
TPH Total (C8 - C40)	µg/L	N.D.	11434/2015

LCS TPH

Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
5-alfa-androstano (Surrogate do LCS)	%	95	70 - 130	11434/2015
o-Terfenil (Surrogate do LCS)	%	---	70 - 130	11434/2015
TPH Total (C8 - C40)	%	102	70 - 130	11434/2015

REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS

Semi-Voláteis: USEPA SW 846 - 8270 - Semi-Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)

TPH: USEPA SWEWW 846 - 8015 - Total Petroleum Hydrocarbons by Gas Chromatography/Flame Ionization Detector (GC/FID)

Voláteis: USEPA SW 846 - 8260 - Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)



OBSERVAÇÕES GERAIS

- Os resultados referem-se somente à amostra analisada.
- Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração e com a aprovação por escrito da Oceanus - Hidroquímica.
- As amostras são coletadas e preservadas seguindo as normas padronizadas SMEWW 22nd e USEPA.
- * Serviço Terceirizado no Laboratório Oceanus.
- Abreviações:

Ausência = Menor Que o Limite de Quantificação

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

ND = Não Detectável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PCB = Polychlorinated Biphenyls

SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 22nd Edition - 2012

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons.

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.

RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Simony Dias

Relatório revisado por: Wellington Guedes

Responsável técnico:

Dr Ronaldo Leão
Responsável Técnico
CRBio-02339/85.

Data de emissão do laudo: Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2015



LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Nº da Amostra: 60233/2015-1.0

Cliente: Investgeo	
Data de recebimento: 19/11/2015	
Código: 360617	Identificação da Amostra: Posto late Comércio de Serviços Ltda - PM 02

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
Caixa ou embalagem das amostras está fechada e não apresenta sinais de violação?	Sim
Os frascos ou embalagens contendo diretamente as amostras estão íntegros?	Sim
A cadeia de custódia coincide com a proposta comercial?	Sim
Termômetro utilizado	TI-007
Amostra está dentro da validade dos parâmetros a serem analisados?	Sim
Os frascos de VOC/BTEX estavam isentos de bolhas?	Sim
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Os frascos eram apropriados para o tipo de análise?	Sim
Transparência em campo	---

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____

Comentários:

Responsável pelo recebimento: Thais Poubel
--