

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br**RELATÓRIO DE ENSAIO: 60700/2017-1.0**

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	Quimifactor Industria e Serviços
Endereço:	Avenida Presidente Kenned, 14747
Bairro:	Nossa Senhora do Pilar
Cidade:	Duque de Caxias
UF:	Rio de Janeiro
CEP:	25.233-001
Nome do Solicitante:	Rogério Pinheiro
Dados para contato:	21 2677-7950 laboratorio@quimifactor.com.br
Processo Comercial:	241/2017-45

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	
Referência Hidroquímica:	557225
Referência do cliente:	Amostra - 15350
Dados Adicionais:	---

DADOS REFERENTES À AMOSTRA			
Data de Coleta:	26/09/2017	Data de Recebimento:	27/09/2017
Temperatura de campo (°C)	---	Tipo de Coleta	Simplex
Temperatura de recebimento (°C)	6,0	Tipo de Amostra	Efluente
Coletor	Cliente	Informações Relevantes	---
pH de Campo	---		

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA
Legislação ou Norma: NT - 202.R-10 - Critérios e padrões para lançamento de efluentes líquidos

FÍSICO-QUÍMICO

Início dos Ensaios: 27/09/2017

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	NT - 202.R-10
Nitrogênio Total	mg/L	13,28	0,50	Vide norma ou legislação

METAIS

Início dos Ensaios: 27/09/2017

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	NT - 202.R-10
Fósforo Total	mg/L	13,974242	0,021064	Vide norma ou legislação

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO DA AMOSTRA**LCS Metais ICP - MS**

Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Alumínio (Al)	%	102	80 - 120	5990/2017
Antimônio (Sb)	%	100	80 - 120	5990/2017
Arsênio (AS)	%	99	80 - 120	5990/2017
Bário (Ba)	%	98	80 - 120	5990/2017
Berílio (Be)	%	94	80 - 120	5990/2017
Boro (B)	%	101	80 - 120	5990/2017
Cádmio (Cd)	%	101	80 - 120	5990/2017
Cálcio (Ca)	%	101	80 - 120	5990/2017
Chumbo (Pb)	%	102	80 - 120	5990/2017

Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Cobalto(Co)	%	100	80 - 120	5990/2017
Cobre (Cu)	%	98	80 - 120	5990/2017
Cromo (Cr)	%	104	80 - 120	5990/2017
Enxofre (S)	%	103	80 - 120	5990/2017
Estanho (Sn)	%	98	80 - 120	5990/2017
Estrôncio (Sr)	%	99	80 - 120	5990/2017
Ferro (Fe)	%	104	80 - 120	5990/2017
Fósforo (P)	%	105	80 - 120	5990/2017
Magnésio (Mg)	%	102	80 - 120	5990/2017
Manganês (Mn)	%	104	80 - 120	5990/2017
Molibdênio (Mo)	%	106	80 - 120	5990/2017
Níquel (Ni)	%	99	80 - 120	5990/2017
Potássio (K)	%	110	80 - 120	5990/2017
Prata (Ag)	%	103	80 - 120	5990/2017
Selênio (Se)	%	99	80 - 120	5990/2017
Silício (Si)	%	104	80 - 120	5990/2017
Sódio (Na)	%	102	80 - 120	5990/2017
Tálio (Tl)	%	102	80 - 120	5990/2017
Titânio (Ti)	%	100	80 - 120	5990/2017
Urânio (U)	%	102	80 - 120	5990/2017
Vanádio (V)	%	104	80 - 120	5990/2017
Zinco (Zn)	%	105	80 - 120	5990/2017

REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS

Metais Totais e Fósforo - ICP-MS: USEPA 200.8 DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN WATERS AND WASTES BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - MASS SPECTROMETRY /USEPA 6020A-INDUCTIVELY COUPLED PLASMA-MASS Nitrogênio Total: ASTM D5176-08 Standard Test Method for Total Chemically Bound Nitrogen

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Os resultados referem-se somente à amostra analisada.
- Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração e com a aprovação por escrito da Oceanus - Hidroquímica.
- As amostras são coletadas e preservadas seguindo as normas padronizadas SMEWW 22nd- e USEPA.
- * Serviço Terceirizado no Laboratório Oceanus.
- Abreviações:

Ausência = Menor Que o Limite de Quantificação

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

ND = Não Detectável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PCB = Polychlorinated Biphenyls

SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 22nd Edition - 2012

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons.

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.



RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Shirley Bello
Relatório revisado por: Roberta Soares, Thiago Dutra

Responsável técnico:

Dr Ronaldo Leão
Responsável Técnico
CRBio-02339/85.

Data de emissão do laudo: Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2017



LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Nº da Amostra: 60700/2017-1.0

Cliente: Quimifactor	
Data de recebimento: 27/09/2017	
Código: 557225	Identificação da Amostra: Amostra - 15350

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
Caixa ou embalagem das amostras está fechada e não apresenta sinais de violação?	Sim
Os frascos ou embalagens contendo diretamente as amostras estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
A cadeia de custódia coincide com a proposta comercial?	Sim
Termômetro utilizado	TI-007
Amostra está dentro da validade para todos os parâmetros?	Sim
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Os frascos eram apropriados para o tipo de análise?	Sim

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____

Comentários:

Responsável pelo recebimento: Thais Poubel
--



REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br



Centro de Análises e Laboratório Oceanus
Rua Almirante Cochrane, nº 37 - Tijuca
CEP: 20.255-060 - Rio de Janeiro - RJ
Matriz: (21) 2567-0819 - Fax: (21) 2567-2073

Cadeia de Custódia

Guilherme 1385511f

Cliente Laboratório Oceanus Químico(a) _____

Gerente do Projeto: _____ Telefone: _____

Responsável pela Coleta: _____ E-mail: _____

Identificação do Proletor: _____ Laboratório: Hidroquímica Oceanus Referência: 1385511f

Ref. Proposta: _____ Nº 62411f

Data	Hora	Identificação da Amostra	Nº do Cliente	Matriz	Número de Frascos	Parâmetros Para Análise		Observações
						Nitrogênio total	Fósforo total	
25/03/17		15350	60700	Efluente	2	X	X	534225
25/03/17		15351	60701	Efluente	2	X	X	562226

Envio exclusivo do Laboratório Oceanus

Enviado por: _____ Data: _____ Hora: _____

Recebido por: _____ Data: _____ Hora: _____

Observações: _____

Documento legal de referência: _____

Transporte: () Cliente () Outros C

Temperatura no recebimento: _____ °C

HIDROQUÍMICA ENGENHARIA
E LABORATÓRIO LTDA.
CNPJ: 11.417.961/0001-50
Tel: 3283-7000
Karshidu dia: 21/03/17