

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10  
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br**RELATÓRIO DE ENSAIO: 62641/2017-1.0**

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	Sumatex Produtos Químicos Ltda.
Endereço:	Rua Sargento Silvio Holleback, 355
Bairro:	Barros Filho
Cidade:	Rio de Janeiro
UF:	Rio de Janeiro
CEP:	21.530-000
Nome do Solicitante:	Elita Freitas
Dados para contato:	21 3818-1617 laudos@sumatexambiental.com.br
Processo Comercial:	1371/2017-48

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	
Referência Hidroquímica:	564960
Referência do cliente:	AMOSTRA - 7569/17-01
Dados Adicionais:	---

DADOS REFERENTES À AMOSTRA			
Data de Coleta:	21/09/2017 14:21:00	Data de Recebimento:	05/10/2017
Temperatura de campo (°C)	---	Tipo de Amostra	Água
Temperatura de recebimento (°C)	4,0	Informações Relevantes	---
Coletor	Cliente	Cloro livre de campo	---
pH de Campo	---	Observações	---
Tipo de Coleta	Simplex		

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA
Legislação ou Norma: Sem Comparativo

METAIS				
Início dos Ensaios: 05/10/2017				
Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	Sem Comparativo
Cobre Total	mg/L	0,529426	0,000539	---
Ferro Total	mg/L	0,981133	0,003551	---
Manganês Total	mg/L	0,535454	0,000099	---

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO DA AMOSTRA
--

LCS Metais ICP - MS				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Alumínio (Al)	%	100	80 - 120	6048/2017
Antimônio (Sb)	%	98	80 - 120	6048/2017
Arsênio (AS)	%	97	80 - 120	6048/2017
Bário (Ba)	%	96	80 - 120	6048/2017
Berílio (Be)	%	87	80 - 120	6048/2017
Boro (B)	%	99	80 - 120	6048/2017
Cádmio (Cd)	%	102	80 - 120	6048/2017
Cálcio (Ca)	%	101	80 - 120	6048/2017
Chumbo (Pb)	%	100	80 - 120	6048/2017
Cobalto(Co)	%	100	80 - 120	6048/2017



Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Cobre (Cu)	%	100	80 - 120	6048/2017
Cromo (Cr)	%	100	80 - 120	6048/2017
Enxofre (S)	%	100	80 - 120	6048/2017
Estanho (Sn)	%	98	80 - 120	6048/2017
Estrôncio (Sr)	%	99	80 - 120	6048/2017
Ferro (Fe)	%	101	80 - 120	6048/2017
Fósforo (P)	%	103	80 - 120	6048/2017
Magnésio (Mg)	%	102	80 - 120	6048/2017
Manganês (Mn)	%	104	80 - 120	6048/2017
Molibdênio (Mo)	%	103	80 - 120	6048/2017
Níquel (Ni)	%	99	80 - 120	6048/2017
Potássio (K)	%	102	80 - 120	6048/2017
Prata (Ag)	%	102	80 - 120	6048/2017
Selênio (Se)	%	101	80 - 120	6048/2017
Silício (Si)	%	102	80 - 120	6048/2017
Sódio (Na)	%	101	80 - 120	6048/2017
Tálio (Tl)	%	102	80 - 120	6048/2017
Titânio (Ti)	%	103	80 - 120	6048/2017
Urânio (U)	%	101	80 - 120	6048/2017
Vanádio (V)	%	100	80 - 120	6048/2017
Zinco (Zn)	%	103	80 - 120	6048/2017

### REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS

Metais Totais e Fósforo - ICP-MS: USEPA 200.8 DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN WATERS AND WASTES BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - MASS SPECTROMETRY /USEPA 6020A-INDUCTIVELY COUPLED PLASMA-MASS

### OBSERVAÇÕES GERAIS

- Os resultados referem-se somente à amostra analisada.
- Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração e com a aprovação por escrito da Oceanus - Hidroquímica.
- As amostras são coletadas e preservadas seguindo as normas padronizadas SMEWW 22<sup>nd</sup>-e USEPA.
- \* Serviço Terceirizado no Laboratório Oceanus.
- Abreviações:

Ausência = Menor Que o Limite de Quantificação

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

ND = Não Detectável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PCB = Polychlorinated Biphenyls

SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 22<sup>nd</sup> Edition - 2012

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons.

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.



### RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Shirley Bello

Relatório revisado por: Thiago Dutra

Responsável técnico:

Dr Ronaldo Leão  
Responsável Técnico  
CRBio-02339/85.

Data de emissão do laudo: Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2017



### LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Nº da Amostra: 62641/2017-1.0

Cliente: Sumatex Produtos Químicos Ltda.	
Data de recebimento: 05/10/2017	
Código: 564960	Identificação da Amostra: AMOSTRA - 7569/17-01

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
Caixa ou embalagem das amostras está fechada e não apresenta sinais de violação?	Sim
Os frascos ou embalagens contendo diretamente as amostras estão íntegros?	Sim
A cadeia de custódia coincide com a proposta comercial?	Sim
Amostra está dentro da validade dos parâmetros a serem analisados?	Sim
Os frascos de VOC/BTEX estavam isentos de bolhas?	Sim
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Os frascos eram apropriados para o tipo de análise?	Sim
Transparência em campo	---

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____
---

Comentários:
--------------

Responsável pelo recebimento: Márcia Silveira
---




REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10  
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br



Cadeia de Custódia para Subcontratação de Ensaios

FORM-SG-032

Rev.1  
Página 1 de 1  
G.10391112  
02/10/17

Sumatex Ambiental Rua Sargento Silvio Hollenbach, 355 Barros Filho, Rio de Janeiro, RJ CEP: 21.530-200 CNPJ: 30.927.980/0005-00 Envio de Amostras: (21) 3818-1819 / (21) 3818-1820 Comercial: (21) 3818-1812 / (21) 3818-1814		Enviar relatório e confirmação de recebimento para: leudson@sumatexambiental.com.br sylvia_que_dizes@sumatexambiental.com.br gqualidade@sumatexambiental.com.br		Enviar relatório e confirmação de recebimento para: leudson@sumatexambiental.com.br sylvia_que_dizes@sumatexambiental.com.br gqualidade@sumatexambiental.com.br		Instituição ambiental com.br gerencia@sumatexambiental.com.br	
Identificação da Amostra - Sumatex	Data	Horas da Coleta	Natureza	Proposta Comercial do Subcontratado	Item / Grupo	Descrição de Ensaio	
7569/17-01	21/9/2017	14:21	AGUA CONS. HUM	SCV800 - (6200)	Rush time 1 dia	Tubo bal medigande x10 - corre bal	
7571/17-01	21/9/2017		AGUA TRATADA	602865 - 626012	Rush time 1 dia	Sódo xcel ca e lva, ref'çado xcel, tem xda, ref'çado xcel, sumita lva e pedasso bal	
							
Uso EXCLUSIVO DA SUMATEX AMBIENTAL Entido por: Fabio Lopes Assinatura: _____ Assinatura: _____ Data e Hora: _____ Temperatura: _____ Social Sumatex ( ) Social Cliente ( )		Recebido por: _____ Data e Hora: _____ Temperatura: _____ Assinatura: _____ Assinatura: _____ Data e Hora: _____ Temperatura: _____ Social Sumatex ( ) Social Cliente ( )		Recebido por: _____ Data e Hora: _____ Temperatura: _____ Assinatura: _____ Assinatura: _____ Data e Hora: _____ Temperatura: _____ Social Sumatex ( ) Social Cliente ( )		Recebido por: _____ Data e Hora: _____ Temperatura: _____ Assinatura: _____ Assinatura: _____ Data e Hora: _____ Temperatura: _____ Social Sumatex ( ) Social Cliente ( )	

Elaboração: Lidiane Sodré  
Técnica  
Data: 28/09/16

Revisão: Lidiane Sodré  
Técnica  
Data: 28/09/16

Aprovação: Sarah Molyseus  
Qualidade  
Data: 28/09/16