

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br**RELATÓRIO DE ENSAIO: 62643/2017-1.0**

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	Sumatex Produtos Químicos Ltda.
Endereço:	Rua Sargento Silvio Holleback, 355
Bairro:	Barros Filho
Cidade:	Rio de Janeiro
UF:	Rio de Janeiro
CEP:	21.530-000
Nome do Solicitante:	Elita Freitas
Dados para contato:	21 3818-1617 laudos@sumatexambiental.com.br
Processo Comercial:	1371/2017-48

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	
Referência Hidroquímica:	564962
Referência do cliente:	AMOSTRA - 7460/17-01
Dados Adicionais:	---

DADOS REFERENTES À AMOSTRA			
Data de Coleta:	06/09/2017 09:40:00	Data de Recebimento:	05/10/2017
Temperatura de campo (°C)	---	Tipo de Amostra	Água Residual
Temperatura de recebimento (°C)	4,0	Informações Relevantes	---
Coletor	Cliente	Cloro livre de campo	---
pH de Campo	---	Observações	---
Tipo de Coleta	Simple		

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA
Legislação ou Norma: NT - 202.R-10 - Critérios e padrões para lançamento de efluentes líquidos

METAIS

Início dos Ensaios: 05/10/2017

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	NT - 202.R-10
Zinco Total	mg/L	47,152738	0,005498	1,0

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO DA AMOSTRA**LCS Metais ICP - MS**

Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Alumínio (Al)	%	100	80 - 120	6134/2017
Antimônio (Sb)	%	98	80 - 120	6134/2017
Arsênio (AS)	%	97	80 - 120	6134/2017
Bário (Ba)	%	96	80 - 120	6134/2017
Berílio (Be)	%	87	80 - 120	6134/2017
Boro (B)	%	99	80 - 120	6134/2017
Cádmio (Cd)	%	102	80 - 120	6134/2017
Cálcio (Ca)	%	101	80 - 120	6134/2017
Chumbo (Pb)	%	100	80 - 120	6134/2017
Cobalto(Co)	%	100	80 - 120	6134/2017
Cobre (Cu)	%	100	80 - 120	6134/2017
Cromo (Cr)	%	100	80 - 120	6134/2017



Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Enxofre (S)	%	100	80 - 120	6134/2017
Estanho (Sn)	%	98	80 - 120	6134/2017
Estrôncio (Sr)	%	99	80 - 120	6134/2017
Ferro (Fe)	%	101	80 - 120	6134/2017
Fósforo (P)	%	103	80 - 120	6134/2017
Magnésio (Mg)	%	102	80 - 120	6134/2017
Manganês (Mn)	%	104	80 - 120	6134/2017
Molibdênio (Mo)	%	103	80 - 120	6134/2017
Níquel (Ni)	%	99	80 - 120	6134/2017
Potássio (K)	%	102	80 - 120	6134/2017
Prata (Ag)	%	102	80 - 120	6134/2017
Selênio (Se)	%	101	80 - 120	6134/2017
Silício (Si)	%	102	80 - 120	6134/2017
Sódio (Na)	%	101	80 - 120	6134/2017
Tálio (Tl)	%	102	80 - 120	6134/2017
Titânio (Ti)	%	103	80 - 120	6134/2017
Urânio (U)	%	101	80 - 120	6134/2017
Vanádio (V)	%	100	80 - 120	6134/2017
Zinco (Zn)	%	103	80 - 120	6134/2017

REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS

Metais Totais e Fósforo - ICP-MS: USEPA 200.8 DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN WATERS AND WASTES BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - MASS SPECTROMETRY /USEPA 6020A-INDUCTIVELY COUPLED PLASMA-MASS

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Os resultados referem-se somente à amostra analisada.
- Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração e com a aprovação por escrito da Oceanus - Hidroquímica.
- As amostras são coletadas e preservadas seguindo as normas padronizadas SMEWW 22nd e USEPA.
- * Serviço Terceirizado no Laboratório Oceanus.
- Abreviações:

Ausência = Menor Que o Limite de Quantificação

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

ND = Não Detectável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PCB = Polychlorinated Biphenyls

SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 22nd Edition - 2012

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons.

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

De acordo com a NT - 202.R-10 - Critérios e padrões para lançamento de efluentes líquidos: O(s) parâmetro(s) Zinco Total ultrapassam os limites máximos permitidos.



RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Rayza Magalhães

Relatório revisado por: Thiago Dutra

Responsável técnico:

Dr Ronaldo Leão
Responsável Técnico
CRBio-02339/85.

Data de emissão do laudo: Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2017



LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Nº da Amostra: 62643/2017-1.0

Cliente: Sumatex Produtos Químicos Ltda.	
Data de recebimento: 05/10/2017	
Código: 564962	Identificação da Amostra: AMOSTRA - 7460/17-01


Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
Caixa ou embalagem das amostras está fechada e não apresenta sinais de violação?	Sim
Os frascos ou embalagens contendo diretamente as amostras estão íntegros?	Sim
A cadeia de custódia coincide com a proposta comercial?	Sim
Termômetro utilizado	TI - 007
Amostra está dentro da validade dos parâmetros a serem analisados?	Sim
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Os frascos eram apropriados para o tipo de análise?	Sim
Transparência em campo	---

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____

Comentários:

Responsável pelo recebimento: Márcia Silveira

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br



Cadeia de Custódia para Subcontratação de Ensaios

FORM-SG-032

Rev. 1
Página 1 de 1

Sumatex Ambiental
Rua Sargento Silveiro Hollenbach, 355
Barros Filho, Rio de Janeiro-RJ CEP: 21.630-200
CNPJ: 30.927.890/0005-00
Envio de Amostras: (21) 3818-1812 / (21) 3818-1820
Comercial: (21) 3818-1812 / (21) 3818-1814

Enviar relatório e certificação de resultado para:
laudos@sumatexambiental.com.br
suporte@sumatexambiental.com.br
geral@sumatexambiental.com.br

Enviar para:
fmeirel@sumatexambiental.com.br
gerencia@sumatexambiental.com.br

Identificação da Amostra	Data	Data e Hora	Local	Proposta Comercial do Subcontratado	Item / Grupo	Descrição de Ensaio
7460/17-01	6/9/2017	09:40	ÁGUA RESIDUAL	564962 - 62643	Zinco total	
7460/17-02	6/9/2017	09:40	ÁGUA RESIDUAL	564962 - 62644	Zinco total	
7460/17-03	6/9/2017	09:40	ÁGUA RESIDUAL	564962 - 62645	Zinco total	
7460/17-04	7/9/2017	09:00	ÁGUA RESIDUAL	564965 - 62646	Zinco total	
7460/17-05	7/9/2017	09:00	ÁGUA RESIDUAL	564966 - 62647	Zinco total	
7460/17-06	7/9/2017	08:00	ÁGUA RESIDUAL	564967 - 62648	Zinco total	
7460/17-07	11/9/2017	10:00	ÁGUA RESIDUAL	564968 - 62649	Zinco total	
7460/17-08	11/9/2017	10:00	ÁGUA RESIDUAL	564968 - 62650	Zinco total	
7460/17-09	11/9/2017	10:00	ÁGUA RESIDUAL	564968 - 62651	Zinco total	

Elaborado por: Lidiane Sodré
Técnica
Data: 28/08/16

Revisão: Lidiane Sodré
Técnica
Data: 28/08/16

Aprovação: Sarah Miyases
Qualidade
Data: 28/08/16