

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br**RELATÓRIO DE ENSAIO: 62644/2017-1.0**

| DADOS REFERENTES AO CLIENTE | |
|-----------------------------|---|
| Empresa Solicitante: | Sumatex Produtos Químicos Ltda. |
| Endereço: | Rua Sargento Silvio Holleback, 355 |
| Bairro: | Barros Filho |
| Cidade: | Rio de Janeiro |
| UF: | Rio de Janeiro |
| CEP: | 21.530-000 |
| Nome do Solicitante: | Elita Freitas |
| Dados para contato: | 21 3818-1617 laudos@sumatexambiental.com.br |
| Processo Comercial: | 1371/2017-48 |

| IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | |
|--------------------------|----------------------|
| Referência Hidroquímica: | 564963 |
| Referência do cliente: | AMOSTRA - 7460/17-02 |
| Dados Adicionais: | --- |

| DADOS REFERENTES À AMOSTRA | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Data de Coleta: | 06/09/2017 09:40:00 | Data de Recebimento: | 05/10/2017 |
| Temperatura de campo (°C) | --- | Tipo de Amostra | Água Residual |
| Temperatura de recebimento (°C) | 4,0 | Informações Relevantes | --- |
| Coletor | Cliente | Cloro livre de campo | --- |
| pH de Campo | --- | Observações | --- |
| Tipo de Coleta | Simple | | |

| RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA |
|--|
| Legislação ou Norma: NT - 202.R-10 - Critérios e padrões para lançamento de efluentes líquidos |

METAIS

Início dos Ensaios: 05/10/2017

| Parâmetros | Unidade | Resultados | LQ | NT - 202.R-10 |
|-------------|---------|------------|----------|---------------|
| Zinco Total | mg/L | 2,186528 | 0,005498 | 1,0 |

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO DA AMOSTRA**LCS Metais ICP - MS**

| Parâmetro | Unidade | Resultados | Faixa Aceitável de Recuperação | ID da corrida analítica |
|----------------|---------|------------|--------------------------------|-------------------------|
| Alumínio (Al) | % | 100 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Antimônio (Sb) | % | 98 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Arsênio (AS) | % | 97 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Bário (Ba) | % | 96 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Berílio (Be) | % | 87 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Boro (B) | % | 99 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Cádmio (Cd) | % | 102 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Cálcio (Ca) | % | 101 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Chumbo (Pb) | % | 100 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Cobalto(Co) | % | 100 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Cobre (Cu) | % | 100 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Cromo (Cr) | % | 100 | 80 - 120 | 6134/2017 |



| Parâmetro | Unidade | Resultados | Faixa Aceitável de Recuperação | ID da corrida analítica |
|-----------------|---------|------------|--------------------------------|-------------------------|
| Enxofre (S) | % | 100 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Estanho (Sn) | % | 98 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Estrôncio (Sr) | % | 99 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Ferro (Fe) | % | 101 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Fósforo (P) | % | 103 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Magnésio (Mg) | % | 102 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Manganês (Mn) | % | 104 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Molibdênio (Mo) | % | 103 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Níquel (Ni) | % | 99 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Potássio (K) | % | 102 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Prata (Ag) | % | 102 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Selênio (Se) | % | 101 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Silício (Si) | % | 102 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Sódio (Na) | % | 101 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Tálio (Tl) | % | 102 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Titânio (Ti) | % | 103 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Urânio (U) | % | 101 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Vanádio (V) | % | 100 | 80 - 120 | 6134/2017 |
| Zinco (Zn) | % | 103 | 80 - 120 | 6134/2017 |

REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS

Metais Totais e Fósforo - ICP-MS: USEPA 200.8 DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN WATERS AND WASTES BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - MASS SPECTROMETRY /USEPA 6020A-INDUCTIVELY COUPLED PLASMA-MASS

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Os resultados referem-se somente à amostra analisada.
- Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração e com a aprovação por escrito da Oceanus - Hidroquímica.
- As amostras são coletadas e preservadas seguindo as normas padronizadas SMEWW 22nd e USEPA.
- * Serviço Terceirizado no Laboratório Oceanus.
- Abreviações:

Ausência = Menor Que o Limite de Quantificação

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

ND = Não Detectável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PCB = Polychlorinated Biphenyls

SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 22nd Edition - 2012

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons.

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

De acordo com a NT - 202.R-10 - Critérios e padrões para lançamento de efluentes líquidos: O(s) parâmetro(s) Zinco Total ultrapassam os limites máximos permitidos.



RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Rayza Magalhães

Relatório revisado por: Thiago Dutra

Responsável técnico:

Dr Ronaldo Leão
Responsável Técnico
CRBio-02339/85.

Data de emissão do laudo: Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2017



LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Nº da Amostra: 62644/2017-1.0

| | |
|--|--|
| Cliente: Sumatex Produtos Químicos Ltda. | |
| Data de recebimento: 05/10/2017 | |
| Código: 564963 | Identificação da Amostra: AMOSTRA - 7460/17-02 |

| | |
|--|----------|
| Amostra acondicionada adequadamente? | Sim |
| Caixa ou embalagem das amostras está fechada e não apresenta sinais de violação? | Sim |
| Os frascos ou embalagens contendo diretamente as amostras estão íntegros? | Sim |
| A cadeia de custódia coincide com a proposta comercial? | Sim |
| Termômetro utilizado | TI - 007 |
| Amostra está dentro da validade dos parâmetros a serem analisados? | Sim |
| Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises? | Sim |
| Os frascos eram apropriados para o tipo de análise? | Sim |
| Transparência em campo | --- |

| |
|---|
| As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____ |
|---|

| |
|--------------|
| Comentários: |
|--------------|

| |
|---|
| Responsável pelo recebimento: Márcia Silveira |
|---|